1-AMAÇ: Bu talimatın amacı, Fizik Tedavi ünitesinde kullanılan cihazlar ile ilgili hususları tanımlamaktır.

2-KAPSAM: Hastanemiz FTR ünitesinde bulunan tıbbi cihazları kapsar.

3-KISALTMALAR:--

4-TANIMLAR:

5-SORUMLULAR: Birim çalışanları.

6-FAALİYET AKIŞI:

Hastalara uygulanan tedavi programı kayıt altına alınmalıdır. Hastaların fizik tedaviye başlama ve bitiş saatleri kayıt altında olmalıdır. Cihaz kullanım kılavuzlarına ilgili dosyadan ulaşılabilir.

6.1.İNFRARUJ CİHAZI KULLANIMI:

- Cihazın fişi prize takılır.
- Hasta tedavi için hazırlanır.
- Cihaz tedavi bölgesine uygun uzaklıkta yerleştirilir.
- Cihaz açma kapama düğmesinden açılır.
- Cihaz kullanım talimatnamelerine göre çalıştırılır.
- Tedavi süresi bitiminde cihaz kapatılır.
- Cihazın fişi prizden çıkarılır.

6.2.KISA DALGA DİATERMİ KULLANIMI:

- Cihazın fişi prize takılır.
- Hasta üzerindeki metal eşyalar ve takılar çıkarılır.
- Cihazlar; diğer cihazlardan farklı ve metal eşyalar olmayan bir odada bulundurulmalıdır.
- Hasta; protezler, kalp pili, hamilelik, tansiyon.. ..vs. açısında sorgulanır.
- Cihaz kullanım talimatnamelerine göre çalıştırılır. Tedavi süresi bitiminde cihaz kapatılır.
- Cihazın fişi prizden çıkarılır.

6.3. ULTRASON KULLANIMI:

- Cihazın fişi prize takılır.
- Ultrason başlığı akım yönünden test edilir.
- Cihaz açma kapama düğmesinden açılır.
- Tedavi uygulanacak bölgeye jel sürülür.
- Süre ve şiddeti hastanın kartı doğrultusun uygulanır.
- Tedavi süresi bitiminde akım kesilir ve cihaz kapatılır.
- Prob ve hasta üzerindeki jel temizlenir.

6.4.PARAFİN KAZANI KULLANIMI:

- Cihaz fişinin takılı olduğu kontrol edilir.
- Parafin eriyiğinin ısısı kontrol edilir.
- Hastanın uygulamadan önce ellerini yıkaması istenir.
- Tedavi edilecek bölgeyi 5 saniye aralıklar la 5-10 kez eriğin içine daldırması söylenir.
- 20 dk bekletilir.
- Süre dolduktan sonra donan parafin çıkarılıp içine atılır.
- Açık yarası olan hastalarca kullanılmaz.

6.5.HOT-PACK KAZANI KULLANIMI:

- Cihaz fişinin takılı olup olmadığı kontrol edilir.

- Kazanın sıcaklık derecesi kontrol edilir.
- Kazandan uygulanacak materyal alınıp havluya sarılarak tedavi edilecek bölgeye uygulanır. İşlem bittikten sonra materyal tekrar kazana konulur.

6.6. KOMBİNE ELEKTRO TERAPİ CİHAZLARI KULLANIMI:

- Cihazın fişi uygun şekilde takılır. Güç kablosu sağlam olmalıdır.
- Kullanım sırasında kablo ve elektrotların sağlamlığı test edilir.
- Sünger elektrot kullanılıyorsa ıslatılmalıdır.
- Uygulama sahasında enfeksiyon alanı veya açık yara bulunmamalıdır.
- Cihazın elektrotları tedavi bölgesine uygun şekilde yerleştirilir ve akım verilir.
- Tedavi süresi bitiminde akım kesilir ve cihaz kapatılır. Cihazın fişi prizden çıkarılır.

6.7.TENS CİHAZI KULLANIMI:

- Hasta tedavi için hazırlanır.
- Cihazın elektrotları tedavi bölgesine uygun bir şekilde yerleştirilir.
- Cihazın açma kapama düğmesi açılır.
- Tedavi uygulanır.
- Tedavi süresi bitiminde akım kesilir ve cihaz kapatılır.
- Cihaz bir sonraki kullanım için hazır hale getirilir.

6.8.TRAKSİYON CİHAZI KULLANIMI:

- Cihazın fişi uygun şekilde takılır. Güç kablosu sağlam olmalıdır.
- Hasta traksiyon masasına veya sandalyesine uygun bir şekilde pozisyonlanır.
- Traksiyon kemeri ve iplerinin sağlamlığı kontrol edilir.
- Kullanın talimatlarına göre cihaz ayarlanır.
- Hastaya emniyet düğmesinin kullanımı öğretilir.
- Tedavi süresi sonunda otomatik olarak durması sağlanır.
- Kullanılmadığı zamanlarda cihaz kapalı tutulmalıdır.

6.9.COLD PACK KULLANIMI

- Bazı romatizmal hastalıklar ve kireçlenmelerde ”soğuk uygulamalarının” fayda sağladığı bilinmektedir.Soğuk paketler (cold pack) tedavisi genellikle 5-15 dakika arasında uygulanmalı.

CPM CİHAZI KULLANIMI

- Fişe takılır
- Cihaz açma kapama düğmesine basılarak açılır.
- Hasta cihaza alınmadan önce test yapılır.
-
- Hastanın ayağı cihaza yerleştirilir ve hastanın ayağı sabitlenir.
- Hastanın ayak açısına göre cihaz çalıştırılır.

BOBATH YATAK

- Fişe takılır
- Açma kapama düğmesiyle açılır.
- Hastanın tedavisine uygun olarak kumandasıyla istenilen düzeye getirilir.

7.İLGİLİ DOKÜMANLAR:

- Cihaz Kullanım Klavuzu